

Włocławek, dnia 20.03.2017r.

SPZPS-DN-413/PN/RTG/03/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę błon rtg, kaset i odczynników dla Pracowni RTG, błon mammograficznych, kaset oraz odczynników dla Pracowni Mammograficznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Znak sprawy: SPZPS/PN/RTG/03/2017

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku informuje:

Pytanie

**Pakiet nr 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby odczynniki do obróbki błon ogólnie diagnostycznych były tego samego producenta, tej samej marki oraz tego samego typu co odczynniki przeznaczone do obróbki błon mammograficznych. Państwa zgoda pozwoli na ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem odczynników chemicznych oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie

**Pakiet nr 1 i 2**

Czy zamawiający oczekuje filmów RTG i mammograficznych z okresem ważności minimum 15 m-cy celem zapewnienia prawidłowej jakości obrazowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie

**Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta błon RTG o ich pełnej kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego kasetami Carestream (Kodak X-OMAT) wyposażonymi w ekrany typu Kodak Lanex. Stosowanie filmów, które nie są przeznaczone do stosowania z opisanymi kasetami może skutkować nieprawidłową diagnostyką obrazową, a co za tym idzie błędną diagnozą pacjenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie

**Pakiet 1**


Ze względu na sytuację rynku wyrobów RTG, która charakteryzuje się występowaniem oferowanych przez różne firmy produktów niewiadomego pochodzenia i niskiej jakości spowodowanej niewłaściwymi warunkami przechowywania (np. z likwidowanych jednostek diagnostycznych), prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta błon RTG o legalności pochodzenia oferowanych filmów RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie

W celu uniknięcia recalibracji urządzeń zwracam się z prośbą o podanie asortymentu, na którym Zamawiający obecnie pracuje.

Odpowiedź: Kodak Carestream MXG, Min-R 2000 plus.

DYREKTOR  
  
mgr Anna Debicka